

**ATA DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 05/2024**

**RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.747/2023**

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

**ANÁLISE DE RESULTADOS DAS PROPOSTAS DE PREÇO**

Valor global disponibilizado para a compra:	R\$ 364.248,00
Valor de Rendimento da Conta Bancária (na data da homologação):	R\$ 15.690,56
Valor excedente/Contrapartida:	R\$ 85.667,28
Início da disponibilização no site da Instituição:	13/05/2024
Início de recebimento das propostas:	13/05/2024
Fim de recebimento das Propostas:	06/06/2024
Valor total Adjudicado / Homologado:	R\$ 465.605,84

No dia 13/05/2024 foi publicado no Site oficial da Associação Hospitalar Santa Rosália (<https://hospitalsantarosalia.org.br/>) a Cotação Prévia de Preços nº 05/2024 para aquisição do seguinte Equipamento: Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível.

Durante todo o período o Hospital recebeu um total de 05 propostas de preço. Conforme descrito no quadro abaixo:

ITENS	QTD.	PROPOSTAS RECEBIDAS	EMPRESAS	VALORES TOTAIS OFERTADOS
1. SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL	01	05	MF MEDICAL LTDA – CNPJ 13.520.397/0001-94	R\$ 228.000,00
			INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 04.325.831/0001-94	R\$ 363.000,00
			FUJITECH EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ – 03.606.427/0001-26	R\$ 463.000,00

			OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA – CNPJ – 04.937.243/0009-69	R\$ 465.605,84
			HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ – 05.743.288/0001-08	R\$ 560.000,00

**Registra-se que as empresas desclassificadas foram:****1. SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL:**

- A empresa **MF MEDICAL LTDA** teve sua proposta desclassificada para o **item 1**, por não atender as especificações técnicas solicitadas no edital:
- **Na Processadora de Imagens:**
  - ✓ Onde foi solicitado “Central de processamento de vídeo de Alta Definição (HD) com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels progressivo, que sua magnificação digital, Wide Screen e sistema de captura de imagens por computador (pode ser oferecido além de computador também através de pendrive, HD externo, cartão de memória)”. Não informa na proposta e no catálogo se a resolução mínima é de 1920 x 1080 pixels progressivo.
  - ✓ Onde foi solicitado “Saída de vídeo compatível com a imagem Full HD, com no mínimo saída em HDMI ou DVI” foi apresentada uma saída em HD e não Full HD.
  - ✓ Onde foi solicitado a fonte de iluminação com mínimo de 4 LEDs ou Xênon com potência igual ou superior a 300W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xênon). Não informado na proposta e nem no catálogo a quantidade de lâmpadas de led que o equipamento possui.
- **NO VÍDEO GASTROSCÓPIO ADULTO ELETRÔNICO de alta definição (Full HD):**
  - ✓ Onde foi solicitado uso de tecnologia CCD colorido ou CMOS colorido. Não informado na proposta e nem no catálogo o tipo de tecnologia.

- ✓ Onde foi solicitado imagem High Definition (Full HD). A resolução da imagem ofertada foi em HD e não Full HD.
- ✓ Onde foi solicitado conector único impermeável que não necessite o uso de tampas de vedação. O equipamento ofertado necessita das tampas de vedação.
- ✓ Onde foi solicitado compatibilidade com cromoendoscopia digital/eletrônica. Não foi informado na proposta e nem no catálogo a compatibilidade com cromoendoscopia digital/eletrônica.
- **NO VÍDEO COLONOSCÓPIO ADULTO ELETRÔNICO (FULL HD):**
  - ✓ Onde foi solicitado uso de tecnologia CCD colorido ou CMOS colorido. Não informado na proposta e nem no catálogo o tipo de tecnologia.
  - ✓ Onde foi solicitado imagem High Definition (Full HD). A resolução da imagem ofertada foi em HD e não Full HD.
  - ✓ Onde foi solicitado conector único impermeável que não necessite o uso de tampas de vedação. O equipamento ofertado necessita das tampas de vedação.
  - ✓ Onde foi solicitado compatibilidade com cromoendoscopia digital/eletrônica. Não foi informado na proposta e nem no catálogo a compatibilidade com cromoendoscopia digital/eletrônica.
- A empresa **INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA** teve sua proposta desclassificada para o **item 1**, por não atender as especificações técnicas solicitadas no edital:
- **Na Processadora de Imagens:**
  - ✓ Onde foi solicitado “Central de processamento de vídeo de Alta Definição (HD) com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels progressivo, que sua magnificação digital, Wide Screen e sistema de captura de imagens por computador (pode ser oferecido além de computador também através de pendrive, HD externo, cartão de memória)”. O modelo apresentado permite apenas a resolução de 900 x 720 e não permite magnificação.

- ✓ Onde foi solicitado “Saída de vídeo compatível com a imagem Full HD, com no mínimo saída em HDMI ou DVI” foi apresentada uma saída em HD e não Full HD.
- ✓ Onde foi solicitado a fonte de iluminação com mínimo de 4 LEDs ou Xênon com potência igual ou superior a 300W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xênon). Informado no Manual de Instruções - EPK-V1500C - VERSA TECLADO a existência de apenas um led de 36W.
- **NO VÍDEO GASTROSCÓPIO ADULTO ELETRÔNICO de alta definição (Full HD):**
  - ✓ Onde foi solicitado imagem High Definition (Full HD). A resolução da imagem ofertada foi em HD e não Full HD.
  - ✓ Onde foi solicitado conector único impermeável que não necessite o uso de tampas de vedação. O equipamento ofertado necessita das tampas de vedação.
  - ✓ Onde foi solicitado compatibilidade com cromoendoscopia digital/eletrônica. Não foi informado na proposta e nem no catálogo a compatibilidade com cromoendoscopia digital/eletrônica.
  - ✓ Com canal auxiliar para irrigação direta. Não identificado a existência de canal de irrigação independente na proposta.
  - ✓ Comprimento total de aproximadamente 1400mm (com variação de +/- 140 mm). Não informado na proposta e nem no manual do equipamento.
- **NO VÍDEO COLONOSCÓPIO ADULTO ELETRÔNICO (FULL HD):**
  - ✓ Onde foi solicitado imagem High Definition (Full HD). A resolução da imagem ofertada foi em HD e não Full HD.
  - ✓ Onde foi solicitado conector único impermeável que não necessite o uso de tampas de vedação. O equipamento ofertado necessita das tampas de vedação.

- ✓ Onde foi solicitado compatibilidade com cromoendoscopia digital/eletrônica. Não foi informado na proposta e nem no catálogo a compatibilidade com cromoendoscopia digital/eletrônica.
  - ✓ Com canal auxiliar para irrigação direta. Não identificado a existência de canal de irrigação independente na proposta.
  - ✓ Comprimento total de aproximadamente 1990mm a 2010mm (com variação de +/- 200 mm). Não apresentado na proposta e não contem informação no manual do equipamento.
- A empresa **FUJITECH EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** teve sua proposta desclassificada para o **item 1**, por não atender as especificações técnicas solicitadas no edital:
  - **Na Processadora de Imagens:**
    - ✓ Onde foi solicitado a fonte de iluminação com mínimo de 4 LEDs ou Xênon com potência igual ou superior a 300W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xênon). Foi informado na proposta a existência de apenas três leds.

**Registra-se que as empresas classificadas foram:**

- A empresa **OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA** atende as especificações técnicas solicitadas no edital para o **item 1**.
- A empresa **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** atende as especificações técnicas solicitadas no edital para o **item 1**.
- Após análise técnica das propostas, foram analisadas as documentações técnicas jurídicas e fiscais das empresas classificadas, sendo que a detentora do menor preço foi a empresa:

ITEM	QTD.	VENCEDOR	CNPJ	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL	01	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	04.937.243/0009-69	R\$ 465.605,84	R\$ 465.605,84


Todas as documentações que contemplam o processo, encontram-se arquivadas nos autos. Fica, portanto, **homologada e adjudicada** a empresa **OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA**, para o **item 1-** Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, no valor total de R\$ 465.605,84 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Atenciosamente,




Douglas Nola Borges  
Engenharia Clínica

João Paulo Campos  
Jurídico



Renato Figueira Silva  
Contabilidade



Meriane Pereira Fernandes  
Controladoria