	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 06	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 295,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Escada de 2 degraus	Patrimônio:
Empresa: SS Equipamentos	Marca:	Modelo: S-0480-A

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa SS COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA – ME respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p>Escada de 2 degraus:</p> <p>Foi identificada a seguinte divergência com o descritivo solicitado:</p> <ol style="list-style-type: none"> Onde foi solicitado "Piso em alumínio antiderrapante" foi apresentado "O piso de inox não é antiderrapante e sim o revestimento da borracha", divergindo do edital. Onde foi solicitado "Estrutura em tubo aço inox 304" foi apresentado "Estrutura em tubo aço inox 430", divergindo do edital. <p>Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Escada de 2 degraus.</p>

Atenciosamente,



Assoc. Hosp. Santa Rosália
 Douglas Nola Borges
 Crea-MG 88770D
 Eng. Clínico


Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Data da aprovação: / /	

	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 04	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.


A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 317,28	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Escada de 2 degraus	Patrimônio:
Empresa: Metalic Medical	Marca:	Modelo: MT333E2

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p>Escada de 2 degraus:</p> <p>Foi identificada a seguinte divergência com o descritivo solicitado:</p> <ol style="list-style-type: none"> Onde foi solicitado "Piso em alumínio antiderrapante" foi apresentado "O piso de inox não é antiderrapante e sim o revestimento da borracha", divergindo do edital. Onde foi solicitado "Dimensões mínimas: 40 x 35 x 35 cm (Altura x Largura x Comprimento)" foi apresentado "Dimensões mínimas: 36 x 45 x 48 cm (Altura x Largura x Comprimento)", divergindo do edital. <p>Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Escada de 2 degraus.</p>

Atenciosamente,


 Assoc. Hosp. Santa Rosália
 Douglas Nola Borges
 Crea-MG 88770D
 Eng. Clínico
 Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO		
<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/> Não
Data da aprovação: / /		

	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 02	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 327,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Escada de 2 degraus	Patrimônio:
Empresa: MEDI-SAUDE	Marca:	Modelo: Combat

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p>Escada de 2 degraus:</p> <p>Foi identificada a seguinte divergência com o descritivo solicitado:</p> <ol style="list-style-type: none"> Onde foi solicitado "Piso em alumínio antiderrapante" foi apresentado "O piso de inox não é antiderrapante e sim o revestimento da borracha", divergindo do edital. <p>Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Escada de 2 degraus.</p>

Atenciosamente,



Assoc. Hosp. Santa Rosália
 Douglas Nola Borges
 Crea-MG 88770D
 Eng. Clínico
 Engenharia

 Setor solicitante

 Diretor Técnico

 Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
() Sim	() Não
Data da aprovação: / /	

Nº: 05

M/A: 08/2024

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO

<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 350,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Escada de 2 degraus	Patrimônio:
Empresa: Proença Comercial	Marca:	Modelo: LM-AI-7103

PARECER

Após avaliação da proposta enviada pela empresa Proença Comercial Ltda respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

Escada de 2 degraus:


Foi identificada a seguinte divergência com o descritivo solicitado:

1. Onde foi solicitado "Piso em alumínio antiderrapante" foi apresentado "O piso de inox não é antiderrapante e sim o revestimento da borracha", divergindo do edital.

Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Escada de 2 degraus.

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália
Douglas Nola Borges
Crea-MG 88770D
Eng. Clínico


Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO

<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Data da aprovação: / /			

Nº: 03**M/A: 08/2024**

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO

<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 390,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Escada de 2 degraus	Patrimônio:
Empresa: Meta Hospitalar	Marca:	Modelo: ND-1950

PARECER

Após avaliação da proposta enviada pela empresa META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

Escada de 2 degraus:

Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Escada de 2 degraus.

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália
Douglas Nola Borges
Crea-MG 88770D
Eng. Clínico

Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO Sim Não

Data da aprovação: / /

	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 01	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.


A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 510,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Escada de 2 degraus	Patrimônio:
Empresa: Mais Ética	Marca:	Modelo: AMH2501

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa MAIS ETICA COMERCIAL respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p>Escada de 2 degraus:</p> <p>Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Escada de 2 degraus.</p>

Atenciosamente,


 Assoc. Hosp. Santa Rosália
 Douglas Nola Borges
 Crea-MG 88770D
 Eng. Clínico
 Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO		
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Data da aprovação: / /		

Escada Com 2 Degraus Aço Inox

Definição e Aplicação

Dispositivo auxiliar para facilitar o acesso de pacientes a níveis mais altos, tais como leitos.

Resolução SES/MG Nº. 7.560		Fornecedores						
		Mais Ética	Medi Saúde	Meta Hospitalar	Metalic Medical	Proença Comercial	SS Equipamentos	
Preço Sugerido	R\$ 364,00	R\$ 510,00	R\$ 327,00	R\$ 390,00	R\$ 317,28	R\$ 350,00	R\$ 295,00	
Modelo		AMH2501	Combat	ND-1950	MT333E2	LM-AI-7103	S-0480-A	
Estrutura em tubo aço inox 304		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Não Atende	
Pés com Ponteiros de borracha		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	
Dimensões mínimas: 40 x 35 x 35 cm (Altura x Largura x Comprimento)		Atende	Atende	Atende	Não Atende	Atende	Atende	
Capacidade mínima a partir de 100kg		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	
Piso em alumínio antiderrapante		Atende	Não Atende	Atende	Não Atende	Não Atende	Não Atende	

Legenda da Planilha de Check List:

Não Atende - Não atende e/ou não foi possível localizar na documentação enviada.

Atende - Atende e/ou atendeu as especificações técnicas solicitadas



DOUGLAS NOLA BORGES (RESPONSÁVEL TÉCNICO)

CREA MG - 88770 D