	<b>PARECER TÉCNICO</b>	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 16	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.


A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 413,84	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Mesa de cabeceira	Patrimônio:
Empresa: Metalic Medical	Marca:	Modelo: MT 440

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p><b>Mesa de cabeceira:</b></p> <p>Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Mesa de cabeceira.</p>

Atenciosamente,


  
 Assoc. Hosp. Santa Rosália
   
 Douglas Nola Borges
   
 Crea-MG 88770D
   
 Engenheiro Clínico

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Data da aprovação: / /	

**Nº: 17****M/A: 08/2024**

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

**ASSUNTO**

<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de serviço:</b> -----	<b>Valor:</b> R\$ 549,00	
<b>Setor:</b> Contabilidade	<b>Equipamento:</b> Mesa de cabeceira	<b>Patrimônio:</b>
<b>Empresa:</b> MOGI MEDICAL	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b> Não informado

**PARECER**


Após avaliação da proposta enviada pela empresa MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

**Mesa de cabeceira:**

Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Mesa de cabeceira.

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália  
Douglas Nola Borges  
Crea-MG 88770D  
Eng. Clínico

  
Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

**APROVAÇÃO** Sim       Não

Data da aprovação: / /

Nº: 20

M/A: 08/2024

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

## ASSUNTO

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Funcionamento       | <input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia                           |
| <input type="checkbox"/> Solicitação de peça | <input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo                       |
| <input type="checkbox"/> Descontinuidade     | <input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação |

## ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 600,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Mesa de cabeceira	Patrimônio:
Empresa: RC Móveis	Marca:	Modelo: RC 13.005


## PARECER

Após avaliação da proposta enviada pela empresa RC Móveis e Equipamentos Hospitalares LTDA respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

## Mesa de cabeceira:

Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Mesa de cabeceira.

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália  
Douglas Nola Borges  
Crea-MG 88770D  
Eng. Clínico  
Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

## APROVAÇÃO

 Sim       Não

Data da aprovação: / /



**Nº: 15****M/A: 08/2024**

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

**ASSUNTO**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Funcionamento       | <input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia                           |
| <input type="checkbox"/> Solicitação de peça | <input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo                       |
| <input type="checkbox"/> Descontinuidade     | <input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação |

**ORDEM DE SERVIÇO**


<b>Nº da Ordem de serviço:</b> -----	<b>Valor:</b> R\$ 725,00	
<b>Setor:</b> Contabilidade	<b>Equipamento:</b> Mesa de Cabeceira	<b>Patrimônio:</b>
<b>Empresa:</b> MEDI-SAUDE	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b> MS-17.004

**PARECER**

Após avaliação da proposta enviada pela empresa **MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI** respondendo a Cotação Prévia de Preços nº **006/2024** da Resolução **SES/MG 7560** de **17 junho 2021**.

**Mesa de Cabeceira:**

Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Mesa de Cabeceira.

Atenciosamente, **Assoc. Hosp. Santa Rosália**  
  
**Douglas Nola Borges**  
**Crea-MG 88770D**  
**Eng. Clínico**  
Engenharia


Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

**APROVAÇÃO**

Sim       Não  
Data da aprovação: / /

	<b>PARECER TÉCNICO</b>	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 14	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação


ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 863,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Mesa de Cabeceira	Patrimônio:
Empresa: Mais Ética	Marca:	Modelo: AMH 2703

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa MAIS ETICA COMERCIAL respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p><b>Mesa de Cabeceira:</b></p> <p style="text-align: center;">Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Mesa de Cabeceira.</p>

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália  
 Douglas Nola Borges  
 Crea-MG 88770D  
 Eng. Clínico



Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Data da aprovação: / /	

**Nº: 18****M/A: 08/2024**

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

**ASSUNTO**

<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de serviço:</b> -----	<b>Valor:</b> R\$ 927,00	
<b>Setor:</b> Contabilidade	<b>Equipamento:</b> Mesa de cabeceira	<b>Patrimônio:</b>
<b>Empresa:</b> Proença Comercial	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b> MS-17.003

**PARECER**

Após avaliação da proposta enviada pela empresa Proença Comercial Ltda respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

**Mesa de cabeceira:**

Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Mesa de cabeceira.

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália  
Douglas Nola Borges  
Crea-MG 88770D  
Eng. Clínico

  
Engenharia

Setor solicitante


Diretor Técnico

Diretoria Executiva

**APROVAÇÃO**

Sim       Não  
Data da aprovação: / /



	<b>PARECER TÉCNICO</b>	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 19	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 1094,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Mesa de cabeceira	Patrimônio:
Empresa: SS Equipamentos	Marca:	Modelo: S-8099

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa SS COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA – ME respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p><b>Mesa de cabeceira:</b></p> <p style="text-align: center;">Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Mesa de cabeceira.</p>

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália  
 Douglas Nola Borges  
 Crea-MG 88770D  
 Eng. Clínico

\_\_\_\_\_

Engenharia

\_\_\_\_\_

Setor solicitante

\_\_\_\_\_

Diretor Técnico

\_\_\_\_\_

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
(   ) Sim	(   ) Não
Data da aprovação:   /   /	

Nº: 15

M/A: 08/2024

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

**ASSUNTO**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Funcionamento       | <input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia                           |
| <input type="checkbox"/> Solicitação de peça | <input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo                       |
| <input type="checkbox"/> Descontinuidade     | <input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação |

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de serviço:</b> -----	<b>Valor:</b> R\$ 1400,00	
<b>Setor:</b> Contabilidade	<b>Equipamento:</b> Mesa de cabeceira	<b>Patrimônio:</b>
<b>Empresa:</b> Meta Hospitalar	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b> MT 712

**PARECER**

Após avaliação da proposta enviada pela empresa META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

**Mesa de cabeceira:**

Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Mesa de cabeceira.

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália  
Douglas Nola Borges  
Crea-MG 88770D  
Eng. Clínico  
Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

**APROVAÇÃO**

Sim       Não  
Data da aprovação: / /



Mesa de Cabeceira em MDF																	
Definição e Aplicação																	
Mesa localizada na cabeceira da cama hospitalar, utilizada para guardar ou apoio de acessórios.																	
Resolução SES/MG Nº. 7560		Fornecedores															
Preço Sugerido	R\$ 760,00	Mais Ética	R\$ 863,00	Medi Saúde	R\$ 725,00	Meta Hospitalar	R\$ 1.400,00	Metalic Medical	R\$ 413,84	Mogi Medical	R\$ 549,00	Proença Comercial	R\$ 927,00	RC Móveis	R\$ 600,00	SS Equipamentos	R\$ 1.094,00
Modelo	AMH 2703 EM MDF	MS-17.004	MT 712	MT 440	Não informado	MS-17.003	RC 13.005	S-8099									
Estrutura em MDF 15mm com uma gaveta e uma porta com no mínimo uma gaveta	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Correção telescópica e dobradiça metálica	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Rodízios termoplástico	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Dimensões mínimas: 40 cm x 40 cm x 75 cm (Largura X Comprimento X Altura).	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
A cor da mesa terá que ser de preferência café com leite ou tom semelhante	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende

**Legenda da Planilha de Check List:**

Não Atende - Não atende e/ou não foi possível localizar na documentação enviada.  
 Atende - Atende e/ou atendeu as especificações técnicas solicitadas

  
 DOUGLAS NOLA BORGES (RESPONSÁVEL TÉCNICO)  
 CREA MG - 88770 D