

Nº: 15

M/A: 08/2024

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO

<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 1.490,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Poltrona Hospitalar	Patrimônio:
Empresa: MEDI-SAUDE	Marca:	Modelo: MS-08.002

PARECER


Após avaliação da proposta enviada pela empresa MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

Poltrona Hospitalar:**Foi identificada a seguinte divergência com o descritivo solicitado:**

1. Onde foi solicitado "Movimentos: posição trendelenburg" não foi informado se a poltrona hospitalar realiza tal movimento tanto na proposta quanto no pedido de esclarecimento", divergindo do edital.

Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Poltrona Hospitalar.

Assoc. Hosp. Santa Rosália
Atenciosamente, Douglas Nola Borges
Crea-MG 88770D
Eng. Clínico


Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO

<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não
Data da aprovação: / /			

Nº: 24	M/A: 08/2024
--------	--------------

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 1.705,26	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Poltrona Hospitalar	Patrimônio:
Empresa: Metalic Medical	Marca:	Modelo: MT 2348

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p>Poltrona Hospitalar:</p> <p>Foram identificadas as seguintes divergências com o descritivo solicitado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onde foi solicitado "Movimentos: posição trendelenburg" não foi informada se a poltrona hospitalar realiza tal movimento tanto na proposta quanto no pedido de esclarecimento", divergindo do edital. 2. Onde foi solicitado "Rodízios 4"" foi informada "Rodízios 3"", divergindo do edital. 3. Onde foi solicitado "Posição sentada mínimo C/L/A 115/85/50" foi informada "Posição sentada mínimo C/L/A 102/87/53", divergindo do edital. 4. Onde foi solicitado "Posição inclinada mínimo C/L/A 185/85/50" foi informada "Posição inclinada mínimo C/L/A 165/87/54", divergindo do edital. <p style="text-align: center;">Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Poltrona Hospitalar.</p>

Atenciosamente, **Assoc. Hosp. Santa Rosália**
 Douglas Nola Borges
 Crea-MG 88770D
 Eng. Clínico

Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Data da aprovação: / /	

Nº: 26

M/A: 08/2024

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO

<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 1800,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Poltrona Hospitalar	Patrimônio:
Empresa: RC Móveis	Marca:	Modelo: RC 12.010

PARECER

Após avaliação da proposta enviada pela empresa RC Móveis e Equipamentos Hospitalares LTDA respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

Poltrona Hospitalar:

Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Poltrona Hospitalar.

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália
Douglas Nola Borges
Crea-MG 88770D
Eng. Clínico
Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO

Sim Não
Data da aprovação: / /

Nº: 27**M/A: 08/2024**

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO

<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 1.850,00	
Sector: Contabilidade	Equipamento: Poltrona Hospitalar	Patrimônio:
Empresa: SS Equipamentos	Marca:	Modelo: S-8276

PARECER

Após avaliação da proposta enviada pela empresa SS COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA – ME respondendo a Cotação Prévia de Preços nº **006/2024** da **Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021**.

Poltrona Hospitalar:

Foram identificadas as seguintes divergências com o descritivo solicitado:

1. Onde foi solicitado "Movimentos: posição trendelenburg" não foi informada se a poltrona hospitalar realiza tal movimento tanto na proposta quanto no pedido de esclarecimento", divergindo do edital.
2. Onde foi solicitado "Rodízios 4"" foi informada "não possui rodízios" divergindo do edital.
3. Onde foi solicitado "Posição sentada mínimo C/L/A 115/85/50" foi informada "Posição sentada mínimo C/L/A 76/76/38", divergindo do edital.
4. Onde foi solicitado "Posição inclinada mínimo C/L/A 185/85/50" foi informada "Posição inclinada mínimo C/L/A 149/76/38", divergindo do edital.
5. Onde foi solicitado "Estofamento em espuma com densidade mínima D33" foi informada "Estofamento em espuma com densidade mínima D28", divergindo do edital.

Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Poltrona Hospitalar.

Atenciosamente,

 **Assoc. Hosp. Santa Rosália**
Douglas Nola Borges
Crea-MG 88770D
Eng. Clínico
Engenharia


Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO Sim Não

Data da aprovação: / /

	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 25	M/A: 08/2024
--------	--------------


Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 2.855,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Poltrona Hospitalar	Patrimônio:
Empresa: Proença Comercial	Marca:	Modelo: OM 319.2

PARECER
<p>Após avaliação da proposta enviada pela empresa Proença Comercial Ltda respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.</p> <p>Poltrona Hospitalar:</p> <p>Foram identificadas as seguintes divergências com o descritivo solicitado:</p> <ol style="list-style-type: none"> Onde foi solicitado "Movimentos: posição trendelenburg" não foi informado se a poltrona hospitalar realiza tal movimento tanto na proposta quanto no pedido de esclarecimento", divergindo do edital. Onde foi solicitado "Rodízios 4"" foi informada "não possui rodízios" divergindo do edital. Onde foi solicitado "Posição sentada mínimo C/L/A 115/85/50" foi informada "Posição sentada mínimo C/L/A 100/60/52", divergindo do edital. Onde foi solicitado "Posição inclinada mínimo C/L/A 185/85/50" foi informada "Posição inclinada mínimo C/L/A 160/60/52", divergindo do edital. <p>Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Poltrona Hospitalar.</p>

Atenciosamente, **Assoc. Hosp. Santa Rosália**

 Douglas Nola Borges
 Crea-MG 88770D
 Eng. Clínico

Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO		
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Data da aprovação: / /		

Nº: 21**M/A: 08/2024**

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Funcionamento | <input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia |
| <input type="checkbox"/> Solicitação de peça | <input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo |
| <input type="checkbox"/> Descontinuidade | <input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação |

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 3074,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Poltrona Hospitalar	Patrimônio:
Empresa: Mais Ética	Marca:	Modelo: RN11002LP2

PARECER

Após avaliação da proposta enviada pela empresa MAIS ETICA COMERCIAL respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

Poltrona Hospitalar :

Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Poltrona Hospitalar.

Atenciosamente,

Assoc. Hosp. Santa Rosália
Douglas Nola Borges
Crea-MG 88770D
Eng. Clínico



Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO Sim Não

Data da aprovação: / /

Nº: 22

M/A: 08/2024

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2024.

A/C: Licitação

ASSUNTO

<input type="checkbox"/> Funcionamento	<input type="checkbox"/> Análise de nova tecnologia
<input type="checkbox"/> Solicitação de peça	<input type="checkbox"/> Solicitação de serviço externo
<input type="checkbox"/> Descontinuidade	<input checked="" type="checkbox"/> Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 3750,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Poltrona Hospitalar	Patrimônio:
Empresa: Meta Hospitalar	Marca:	Modelo: MT-634

PARECER

Após avaliação da proposta enviada pela empresa META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 006/2024 da Resolução SES/MG 7560 de 17 junho 2021.

Poltrona Hospitalar:


Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Poltrona Hospitalar.

Atenciosamente, Assoc. Hosp. Santa Rosália

Douglas Nola Borges

Crea-MG 88770D

Eng. Clínico


Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO

 Sim Não

Data da aprovação: / /

Poltrona Hospitalar								
Definição e Aplicação								
Poltrona com estofamento utilizada em ambientes hospitalares.								
Resolução SES/MG Nº. 7.560		Fornecedores						
Preço Sugerido		Mais Ética	Medi Saúde	Meta Hospitalar	Metalic Medical	Proença Comercial	RC Móveis	SS Equipamentos
	R\$ 1.613,00	R\$ 3.074,00	R\$ 1.490,00	R\$ 3.750,00	R\$ 1.705,26	R\$ 2.855,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.850,00
Modelo		RN11002LP2	MS-08.002	MT-634	MT2348	OM 319.2	RC 12.010	S-8276
Capacidade do peso do paciente mínima 150 kg e uma porta ou duas gavetas		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Estofamento em espuma com densidade mínima D33		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Não Atende
Revestimento (preferencialmente cor café com leite) Courvin		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Com braços		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Estrutura: tubo de aço carbono, em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso		Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende	Atende
Movimentos: Costas e pés reclináveis com múltiplos movimentos independentes, através de pistão amortecedor a gás, com acionamento por alavanca lateral, posição trendelenburg		Atende	Não Atende	Atende	Não Atende	Não Atende	Atende	Não Atende
Rodízios 4" construídos em base com rodas em PVC ou BP; 2 com freios e 2 sem freios		Atende	Atende	Atende	Não Atende	Não Atende	Atende	Não Atende
Posição sentada mínimo C/L/A 115/85/50		Atende	Atende	Atende	Não Atende	Não Atende	Atende	Não Atende
Posição inclinada mínimo C/L/A 185/85/50		Atende	Atende	Atende	Não Atende	Não Atende	Atende	Não Atende

Legenda da Planilha de Check List:

Não Atende - Não atende e/ou não foi possível localizar na documentação enviada.
Atende - Atende e/ou atendeu as especificações técnicas solicitadas



DOUGLAS NOLA BORGES (RESPONSÁVEL TÉCNICO)

CREA MG - 88770 D