

ATA DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 03/2025**RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8.745/2023****AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE****ANÁLISE DE RESULTADOS DAS PROPOSTAS DE PREÇO**

Valor global disponibilizado para a compra:	R\$ 239.211,00
Início da disponibilização no site da Instituição:	15/04/2025
Início de recebimento das propostas:	15/04/2025
Fim de recebimento das Propostas:	30/04/2025
Valor total Adjudicado / Homologado:	R\$ 212.987,00

No dia 15/04/2025 foi publicado no site oficial da Associação Hospitalar Santa Rosália (<https://hospitalsantarosalia.org.br/>) a Cotação Prévia de Preços nº 03/2025 para aquisição dos seguintes equipamentos: Bisturi Elétrico e Ventilador Pulmonar.

Durante todo o período o hospital recebeu um total de 06 propostas de preço. Conforme descrito no quadro abaixo:

ITENS	QTD.	PROPOSTAS RECEBIDAS	EMPRESAS	VALORES TOTAIS OFERTADOS
1. BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 W)	04	04	PROCIMED HOSPITALAR E CIENTÍFICA LTDA - EPP – CNPJ 23.836.281/0001-12	R\$ 129.200,00
			BARRFAB IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ 02.836.248/0001-12	R\$ 140.000,00
			COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA – CNPJ 08.648.188/0001-90	R\$ 254.000,00

			V.S. COSTA & CIA LTDA – CNPJ 05.286.960/0001-83	R\$ 280.000,00
2. VENTILADOR PULMONAR PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAL	01	02	OMEGA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA – CNPJ 48.909.638/0001-76	R\$ 74.596,00
			MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA – CNPJ 08.245.855/0001-94	R\$ 83.787,00

Registra-se que as empresas desclassificadas foram:

1. BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 W):

- A empresa **COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA** teve sua proposta desclassificada para o **item 1**, por não atender as especificações técnicas solicitadas no edital:
 - ✓ Onde foi solicitado “blend 1: incremento de 1 Watt em toda faixa até 250 Watts”, foi ofertado blend 1: faixa até 300 Watts;
 - ✓ Onde foi solicitado “blend 2: incremento de 1 Watt em toda faixa até 200 Watts”, foi ofertado blend 2: faixa até 250 Watts;
 - ✓ Onde foi solicitado “blend 3: incremento de 1 Watt em toda faixa até 150 Watts”, foi ofertado blend 3: faixa até 200 Watts;
- A empresa **V.S. COSTA & CIA LTDA** teve sua proposta desclassificada para o **item 1**, por não atender as especificações técnicas solicitadas no edital:
 - ✓ Onde foi solicitado “blend 1: incremento de 1 Watt em toda faixa até 250 Watts”, foi ofertado blend 1: faixa até 300 Watts;
 - ✓ Onde foi solicitado “blend 2: incremento de 1 Watt em toda faixa até 200 Watts”, foi ofertado blend 2: faixa até 250 Watts;

-
- ✓ Onde foi solicitado “blend 3: incremento de 1 Watt em toda faixa até 150 Watts”, foi ofertado blend 3: faixa até 200 Watts;

2. VENTILADOR PULMONAR PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAL:

- A empresa **OMEGA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA** teve sua proposta desclassificada para o **item 2**, por não atender as especificações técnicas solicitadas no edital:
 - ✓ No item: “bateria interna ou externa recarregável com autonomia de no mínimo 180 minutos”, a bateria ofertada pela empresa tem autonomia de 140 minutos;
 - ✓ No item: “volume corrente de no mínimo 2 a 2000 ml” o ofertado: de 10 a 2200mL;
 - ✓ No item: “deve possuir interface de dados via RS232, conector VGA, chamada de enfermeira e conector de rede”, a empresa não informou sobre conector VGA e a chamada de enfermeira;
 - ✓ No item: “acessórios que devem acompanhar o equipamento”, a empresa não descreveu 01 pulmão de teste;

Registra-se que as empresas classificadas foram:

- A empresa **PROCIMED HOSPITALAR E CIENTÍFICA LTDA - EPP** atende as especificações técnicas solicitadas no edital para o **item 1**.
- A empresa **BARRFAB IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** atende as especificações técnicas solicitadas no edital para o **item 1**.
- A empresa **MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA** atende as especificações técnicas solicitadas no edital para o **item 2**.

- Após análise técnica das propostas, foram analisadas as documentações técnicas jurídicas e fiscais das empresas classificadas, sendo que a detentora do menor preço foi a empresa:

ITEM	QTD.	VENCEDOR	CNPJ	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1. BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 W)	04	PROCIMED HOSPITALAR E CIENTÍFICA LTDA - EPP	23.836.281/0001-12	R\$ 32.300,00	R\$ 129.200,00
2. VENTILADOR PULMONAR PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAL	01	MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	08.245.281/0001-12	R\$ 83.787,00	R\$ 83.787,00

Todas as documentações que contemplam o processo, encontram-se arquivadas nos autos.

Fica, portanto, **homologada e adjudicada** a empresa **PROCIMED HOSPITALAR E CIENTÍFICA LTDA - EPP**, para o **item 1- Bisturi Elétrico**, no valor total de R\$ 129.200,00, e a empresa **MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA**, para o **item 2- Ventilador Pulmonar Para Cuidados Intensivos de Pacientes Adultos, Pediátricos e Neonatal**, no valor total de R\$ 83.787,00.

Atenciosamente,



Douglas Nola Borges
Engenharia Clínica



João Paulo Campos
Jurídico



Renato Figueira Silva

Contabilidade




Pedro Paulo Neto G. dos Santos

Suprimentos



Meriane Pereira Fernandes

Controladoria



Pedro Henrique G. dos Santos

Captação de Recursos