

Nº: 55	M/A: 06/2025
--------	--------------

Teófilo Otoni, 26 de junho de 2025.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
() Funcionamento	() Análise de nova tecnologia
() Solicitação de peça	() Solicitação de serviço externo
() Descontinuidade	(X) Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: 15.124,00	
Sector: Contabilidade	Equipamento: Vídeo Laringoscópio	Patrimônio: -----
Empresa: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Marca: HUGEMED	Modelo: VL3R - BASICO

PARECER
Após avaliação da proposta enviada pela empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 05/2025, foi identificada a seguinte divergência com o descritivo solicitado no edital: “01 lâmina esterilizável reta (tamanho 0) e 01 jogo de lâmina esterilizável curvo (tamanhos de 1 a 5)”. A empresa não especificou os tamanhos das lâminas que acompanharia o equipamento. Diante do não atendimento aos requisitos solicitados, a empresa torna-se inapta para concorrência.

Atenciosamente,

 GEEA GESTÃO E ENGENHARIA LTDA

Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO							
(		)	Sim	(		)	Não
Data da aprovação: / /							

Nº: 57	M/A: 06/2025
--------	--------------

Teófilo Otoni, 26 de junho de 2025.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
() Funcionamento	() Análise de nova tecnologia
() Solicitação de peça	() Solicitação de serviço externo
() Descontinuidade	(X) Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: 15.790,00	
Sector: Contabilidade	Equipamento: Vídeo Laringoscópio	Patrimônio: -----
Empresa: VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	Marca: BESDATA	Modelo: BD

PARECER
Após avaliação da proposta enviada pela empresa VAD MEDICAL COMERCIO LTDA , respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 05/2025 ,
Vídeo Laringoscópio:
Diante do descritivo apresentado, a proposta atende aos requisitos mínimos solicitados para o equipamento.

Atenciosamente,


GEETA GESTÃO E ENGENHARIA LTDA

Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO					
(	)	Sim	(	)	Não
Data da aprovação: / /					

Nº: 54	M/A: 06/2025
--------	--------------

Teófilo Otoni, 26 de junho de 2025.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
() Funcionamento	() Análise de nova tecnologia
() Solicitação de peça	() Solicitação de serviço externo
() Descontinuidade	(X) Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: 18.900,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Vídeo Laringoscópio	Patrimônio: -----
Empresa: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Marca: Medtronic	Modelo: McGRATH® MAC

PARECER
Após avaliação da proposta enviada pela empresa AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 05/2025, foi identificada as seguintes divergências com o descritivo solicitado no edital: “01 lâmina esterilizável reta (tamanho 0), 01 jogo de lâmina esterilizável curvo (tamanhos de 1 a 5) e maleta para transporte”. A empresa não disponibilizou lâminas estéreis e maleta. Diante do não atendimento aos requisitos solicitados, a empresa torna-se inapta para concorrência.

Atenciosamente,


GEETA GESTÃO E ENGENHARIA LTDA

Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO									
(		)	Sim	(		)	Não		
Data da provação: / /									

Nº: 56	M/A: 06/2025
--------	--------------

Teófilo Otoni, 26 de junho de 2025.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
() Funcionamento	() Análise de nova tecnologia
() Solicitação de peça	() Solicitação de serviço externo
() Descontinuidade	(X) Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: 30.927,00	
Sector: Contabilidade	Equipamento: Vídeo Laringoscópio	Patrimônio: -----
Empresa: MAIS ETICA COMERCIAL	Marca: BESDATA	Modelo: BD

PARECER
Após avaliação da proposta enviada pela empresa MAIS ETICA COMERCIAL , respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 05/2025 ,
Vídeo Laringoscópio:
Diante do descritivo apresentado, a proposta atende aos requisitos mínimos solicitados para o equipamento.

Atenciosamente,

 GEETA GESTÃO E ENGENHARIA LTDA

Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO							
(		)	Sim	(		)	Não
Data da aprovação: / /							

CHECK - LIST
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO VÍDEO LARINGOSCÓPIO
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fornecedor	Hospcom	Vad Medical	Agis Medical	Mais Ética
Valor	R\$ 15.124,00	R\$ 15.790,00	R\$ 18.900,00	R\$ 30.927,00
Modelo	VL3R - BASICO	BESDATA	McGRATH™ MAC	BESDATA
Vídeo laringoscópio Portátil com visualização das imagens por tecnologia digital, com fonte de luz de LED de alta intensidade.	Sim	Sim	Sim	Sim
Deve acompanhar 01 câmera com tela de no mínimo de 2,5 polegadas com display colorido em alta integrada ao corpo do laringoscópio, passível de ser submetida a processos de desinfecção/ esterilização.	Sim	Sim	Sim	Sim
Energia fornecida através de bateria ou pilha, com autonomia de no mínimo 60 minutos (Para este item a câmera deve ser obrigatoriamente INTEGRADA ao conjunto cabo-bateria-lâmina).	Sim	Sim	Sim	Sim
Acessórios: 01 lâmina esterilizável reto (tamanho 0), 01 jogo de lâmina esterilizável curvo (tamanhos de 1 a 5), com acomodação ou guia para o tubo endotraqueal para intubação de adultos e maleta para transporte.	Não (não especificaram os tamanhos das lâminas)	Sim	Não (lâminas ofertadas não são esterilizáveis e não disponibilizaram maleta para transporte)	Sim

Legenda da Planilha de Check List:

Não - Não atende e/ou não foi possível localizar na documentação enviada.
 Sim - Atende e/ou atendeu as especificações técnicas solicitadas

DOUGLAS NOLA BORGES (RESPONSÁVEL TÉCNICO)
 CREA MG - 88770 D