

 HOSPITAL SantaRosália	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 40	M/A: 09/2025
---------------	---------------------

Teófilo Otoni, 22 de setembro de 2025.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
() Funcionamento	() Análise de nova tecnologia
() Solicitação de peça	() Solicitação de serviço externo
() Descontinuidade	(X) Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 9.350,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Cama hospitalar tipo fawler elétrica	Patrimônio:
Empresa: RC Moveis	Marca: RC Móveis	Modelo: RC 203-E

PARECER
Após avaliação da proposta enviada pela empresa RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 008/2025 do Resolução SES/MG nº 9.828, de 14 de novembro de 2024. Cama hospitalar tipo fawler elétrica: Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Cama hospitalar tipo fawler elétrica.

Atenciosamente,



Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
() Sim	() Não
Data da aprovação: / /	

 HOSPITAL SantaRosália	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 41	M/A: 09/2025
---------------	---------------------

Teófilo Otoni, 22 de setembro de 2025.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
() Funcionamento	() Análise de nova tecnologia
() Solicitação de peça	() Solicitação de serviço externo
() Descontinuidade	(X) Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 14.800,00	
Setor: Contabilidade	Equipamento: Cama hospitalar tipo fawler elétrica	Patrimônio:
Empresa: KSS	Marca: KSS	Modelo: Suíte Master

PARECER
Após avaliação da proposta enviada pela empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 008/2025 do Resolução SES/MG nº 9.828, de 14 de novembro de 2024.
Cama hospitalar tipo fawler elétrica: • Onde foi solicitado “Grades laterais com altura mínima de 380mm, deslocamento transversal da descida máxima de 70mm, regressão abdominal mínima de 100mm.” Não foi informado na proposta. • Onde foi solicitado “grau de proteção individual dos motores IP66”, não foi informado na proposta. • Onde foi solicitado “Circuito de comando digital e fonte integrada em uma mesma unidade”, não foi informado na proposta. • Onde foi solicitado “Sistema de acionamento através de no mínimo 04 motores elétricos com controle remoto a fio e dispositivo de segurança”, não foi apresentado a quantidade de motores. • Onde foi solicitado “Rodízios com dimensão mínima “6” de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal”, foi ofertado um rodizio de 5”. Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Cama hospitalar tipo fawler elétrica.

Atenciosamente,



Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
() Sim	() Não
Data da aprovação: / /	

 HOSPITAL SantaRosália	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 42	M/A: 09/2025
---------------	---------------------

Teófilo Otoni, 22 de setembro de 2025.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
() Funcionamento	() Análise de nova tecnologia
() Solicitação de peça	() Solicitação de serviço externo
() Descontinuidade	(X) Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 17.398,16	
Sector: Contabilidade	Equipamento: Cama hospitalar tipo fawler elétrica	Patrimônio:
Empresa: Stryker	Marca: Stryker	Modelo: SV2-7500

PARECER
Após avaliação da proposta enviada pela empresa STRYKER DO BRASIL LTDA respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 008/2025 do Resolução SES/MG nº 9.828, de 14 de novembro de 2024.
Cama hospitalar tipo fawler elétrica: • Onde foi solicitado “Grades laterais com altura mínima de 380mm, deslocamento transversal da descida máxima de 70mm, regressão abdominal mínima de 100mm”. Não foi informado na proposta. • Onde foi solicitado “Altura mínima de elevação máxima de 390mm com indicador luminoso”, não foi informado na proposta. • Onde foi solicitado “grau de proteção individual dos motores IP66.” Não foi informado na proposta. • Onde foi solicitado “Circuito de comando digital e fonte integrada em uma mesma unidade”. Não foi informado na proposta. • Onde foi solicitado “Sistema de alívio abdominal”, não foi informado na proposta. • Onde foi solicitado “Densidade Colchão D40”. Não foi informado a especificação do colchão”. Diante do descritivo apresentado a proposta não atende ao requisito mínimo solicitado para Cama hospitalar tipo fawler elétrica.

Atenciosamente,


Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
() Sim	() Não
Data da aprovação: / /	

CHECK - LIST
Descrição do Equipamento Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica
Especificação do Equipamento

Fornecedor	RC MÓVEIS	KSS COMÉRCIO	STRYKER DO BRASIL
Valor	R\$ 46.750,00	R\$ 74.000,00	R\$ 86.990,80
Modelo	RC 203-E	Suíte Master	SV2-7500-000-000 - SV2 Custom
Estrutura em aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi ou material superior com para choques rotativos.	Sim	Sim	Sim
Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Dorso, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Pernas.	Sim	Sim	Sim
Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente.	Sim	Sim	Sim
Grades laterais com altura mínima de 380mm, deslocamento transversal da descida máxima de 70mm, regressão abdominal mínima de 100mm.	Sim	Não	Não
Dimensões internas mínimas de 1800mm de comprimento e largura de 860mm.	Sim	Sim	Sim
Altura mínima de elevação máxima de 390mm com indicador luminoso	Sim	Sim	Sim
Cabeceira e peseira com travas de segurança fabricadas em polipropileno ou material similar	Sim	Sim	Sim
Grau de proteção da cama IPX4	Sim	Sim	Não
grau de proteção individual dos motores IP66	Sim	Não	Não
Circuito de comando digital e fonte integrada em uma mesma unidade	Sim	Não	Sim
Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira.	Sim	Sim	Sim
Sistema de alívio abdominal	Sim	Sim	Sim
Sistema de acionamento através de no mínimo 4 motores elétricos com controle remoto a fio e dispositivo de segurança	Sim	Não	Sim
Rodízios com dimensão mínima "6" de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal.	Sim	Não	Sim
Alimentação bivolt automática 110/220 Volts (Bivolt).	Sim	Sim	Sim
Capacidade mínima de 230 kg	Sim	Sim	Sim
Densidade Colchão D40.	Sim	Sim	Não
Anvisa (nº)	80316080019	10242640032	80005430429

Legenda da Planilha de Check List:

Não - Não atende e/ou não foi possível localizar na documentação enviada.

Sim - Atende e/ou atendeu as especificações técnicas solicitadas

KELLE CRISTINA MARTINS SCALIONI (RESPONSÁVEL TÉCNICO)

CREA - 0400000214536