

 HOSPITAL SantaRosália	PARECER TÉCNICO	REG ENG 001
		VERSÃO: 0

Nº: 51	M/A: 10/2025
---------------	---------------------

Teófilo Otoni, 23 de Outubro de 2025.

A/C: Licitação

ASSUNTO	
() Funcionamento	() Análise de nova tecnologia
() Solicitação de peça	() Solicitação de serviço externo
() Descontinuidade	(X) Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 26.800,00	
Sector: Contabilidade	Equipamento: Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Triagem	Patrimônio:
Empresa: Vitasons	Marca: Natus Medical	Modelo: Accuscreen(ABR/TE/DP)

PARECER
Após avaliação da proposta enviada pela empresa VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA. respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 010/2025 da Resolução SES/MG nº 9.065, de 18 de outubro de 2023.
 Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Triagem: Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Triagem.

Atenciosamente,



Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO	
() Sim	() Não
Data da aprovação: / /	

Nº: 50**M/A: 10/2025**

Teófilo Otoni, 23 de Outubro de 2025.

A/C: Licitação

ASSUNTO

☐ Funcionamento	☐ Análise de nova tecnologia
☐ Solicitação de peça	☐ Solicitação de serviço externo
☐ Descontinuidade	☒ Outros: Análise de propostas de licitação

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de serviço: -----	Valor: R\$ 101.154,00	
Sector: Contabilidade	Equipamento: Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Triagem	Patrimônio:
Empresa: Proença	Marca: Interacoustics	Modelo: Sera Abris+ emissões TE/DP

PARECER

Após avaliação da proposta enviada pela empresa **Proença Comercial LTDA.** respondendo a Cotação Prévia de Preços nº 010/2025 da Resolução SES/MG nº 9.065, de 18 de outubro de 2023.

Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Triagem:

Diante do descritivo apresentado a proposta atende ao requisito mínimo solicitado para Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Triagem.

Atenciosamente,



Engenharia

Setor solicitante

Diretor Técnico

Diretoria Executiva

APROVAÇÃO☐ Sim ☐ Não

Data da aprovação: / /



HOSPITAL
Santa Rosália

CHECK - LIST

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO TRIAGEM		
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO		
Fornecedor	Vitsons	Proença
Valor	R\$ 26.800,00	R\$ 101.154,00
Modelo	ACCUSCREEN (ABR/TE/DP)	SERA ABRIS + EMISSOES TE / DP
Equipamento tipo: portátil; utilização: neonatal; exame tipo: eoaet/eoapd/abr	Sim	Sim
Alimentação baterias recarregáveis de li-ion	Sim	Sim
Tipos de exames: teoae (emissões otoacústicas transitória evocada); dpoae (emissões otoacústicas produto de distorção); abr(resposta auditiva do tronco cerebral).	Sim	Sim
Modo automático; triagem neonatal; intensidade de estímulos programáveis	Sim	Sim
Equipamento pode ser conectado a um microcomputador através de cabo usb; software específico licenciado para emissão de relatórios, gráficos, gravação e interpretação dos exames; permitir gravação de informações (relatórios, gráficos, dados do paciente, etc.) em hd, cd ou dvd;	Sim	Sim
Memória para armazenamento mínimo de 500 testes;	Sim	Sim
Software para análise e visualização de dados em um computador adicional.	Sim	Sim
Estação de acoplamento para transferência de dados, atualizações de instrumentos e carregamento, software abrangente que oferece gerenciamento de pacientes, testes e dispositivos.	Sim	Sim
Peso total já com a bateria 300 G.	Sim	Sim
Compatimento para troca da bateria, sem a necessidade de envio para laboratório	Sim	Sim
Impressora de bobina térmica acoplada.	Sim	Sim
REGISTROS		
Anvisa (nº)	80047309170	10356029019
TREINAMENTOS		
Treinamento Técnico	Sim	Sim
INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA		
Garantia 1 ano	Sim	Sim
ACESSÓRIOS		
Sonda para teoae/dpoae/abr;	Sim	Sim
Olivas de silicone	Sim	Sim
Mala/bolsa para transporte	Sim	Sim
Cabo USB	Sim	Sim
Bateria e carregador recarregável	Sim	Sim
Equipamento para teste de triagem auditiva de tronco encefálico bera(peate), com possibilidade de realizar exames de teoae/dpoae em pacientes neonatais	Sim	Sim
Legenda da Planilha de Check List:		
Não - Não atende e/ou não foi possível localizar na documentação enviada. Sim - Atende e/ou atendeu as especificações técnicas solicitadas		

DOUGLAS NOLA BORGES (RESPONSÁVEL TÉCNICO)
CREA MG - 88770 D